

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Ministerio de Salud

Unidad Ejecutora: DEPARTAMENTO DE CATEGORÍA DE INSUMOS PARA LA SALUD

Nombre del Director o Jefe de la Institución: LCDO. ISMAEL DÍAZ

Nombre del Jefe del Servicio: DRA. MARIANELA DE HUBIEDO

Nivel de Atención: Nivel I: Centros de Salud, ULAPS, CAPS, Policlínicas

Clasificación de Nivel de Riesgo: A - Bajo Riesgo. Instrumentos quirúrgicos simples, depresor lingual

Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO

Tipo de Producto: Material

Nombre Genérico: CONDÓN FEMENINO

Descripción del Producto:

Condón que cubre la vagina para protección contra infecciones de transmisión sexual y como método anticonceptivo.

Especificaciones Técnicas

1. Condón suave y flexible que cubre la vagina.
2. Con anillo interno para insertar el condón
 - 2.1. Diámetro externo: 56,5 a 58,5 mm
 - 2.2. Grosor: 3,3 a 3,6 mm
 - 2.3. Altura: 4,60 a 5,10 mm
3. Anillo externo o superior que permanece por fuera de la vagina.
 - 3.1. Diámetro del anillo superior: 67 mm mínimo
 - 3.2. Grosor 2,9 a 3,6 mm
4. De un solo tamaño
5. De un solo uso
6. Componentes:
 - 6.1. Funda: Nitrilo 41%
 - 6.2. Anillo superior o externo: Nitrilo 41%
 - 6.3. Anillo interior poliuretano: 24%
 - 6.4. Lubricante: Silicona 15%
7. Dimensiones:
 - 7.1. Longitud: 163 a 190 mm
 - 7.2. Anchura: 76 a 90 mm
 - 7.3. Grosor: 65 a 105 μ
8. Propiedades de rotura:
 - 8.1. Límite inferior del volumen de rotura: 5 litros
 - 8.2. Límite inferior de la presión de rotura: 3,45 k Pa

Fecha de Expiración: si

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Presentación:

POR UNIDAD

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
3. Vencimiento o vida útil no menor de 24 meses a partir de la entrega.

Correo: jyankus@minsa.gob.pa/ mdehubiedo@minsa.gob.pa

Teléfono: 512-9488

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe
de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud