

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA  
DISPOSITIVOS Y OTROS

**Nombre de la Institución:** Caja de Seguro Social  
**Unidad Ejecutora:** CIUDAD DE LA SALUD  
**Nombre del Director o Jefe de la Institución:** JORGE ELIAS NG CHINKEE  
**Nombre del Jefe del Servicio:** ALEJANDRO ARANGO  
**Nivel de Atención:** Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos  
**Clasificación de Nivel de Riesgo:** A - Bajo Riesgo. Instrumentos quirurgicos simples, depresor lingual  
**Subcomité:** MÉDICO QUIRÚRGICO  
**Tipo de Producto:** Instrumental  
**Nombre Genérico:** Sistema de Retracción Cervical Anterior Tipo Thompson

**Descripción del Producto:**

Sistema de retracción para acceso a la columna cervical con hojas radiolucientes de aluminio anodizado. Provee retracción independiente y segura del esófago, tráquea y nervios, así como la capacidad de elevar el longus coli.

**Especificaciones Técnicas**

1. 2 Poste con soporte para brazo de altura 11"
2. 2 Brazos Angulados en 45° 20" (10"x10")
3. 4 mangos para Retractor de 8" con angulación rápida.
4. 2 Mangos de Retractor con Micro Ajuste de 9"
5. 2 Mango en T
6. 2 Manipuladores de mango para ajuste de hojas S-Lock
7. 2 Brazos Extensores de 12" con soporte para mangos
8. 2 Extensores de poste de 15 "
9. 1 Bandeja para instrumentos
10. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x35 mm
11. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x40 mm
12. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x45 mm
13. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x50 mm
14. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x55 mm
15. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x60 mm
16. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x65 mm
17. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x70 mm
18. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x75 mm
19. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava lateral 23x80 mm
20. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x30 mm
21. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x40 mm
22. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x50 mm
23. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x60 mm
24. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava longitudinal 23x70 mm
25. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x35 mm

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA  
DISPOSITIVOS Y OTROS

- 26. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x40 mm
- 27. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x45 mm
- 28. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x50 mm
- 29. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x55 mm
- 30. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava Micro 14x60 mm
- 31. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x35 mm
- 32. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x40 mm
- 33. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x45 mm
- 34. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x50 mm
- 35. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x55 mm
- 36. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x60 mm
- 37. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x65 mm
- 38. 2 Hojas de Retractor Radioluciente cóncava cónica 23x70 mm
- 39. 1 Hoja de Retractor Radioluciente de línea media Derecha 70x83 mm
- 40. 1 Hoja de Retractor Radioluciente de línea media Izquierda 70x83 mm
- 41. 1 Hoja de Retractor Radioluciente Odontoide 20x90 mm
- 42. 1 Medidor de profundidad
- 43. 1 Bandeja para instrumentos (23" x 10 3/4 " x 2")
- 44. 1 Luz LED mini para retractor
- 45. 2 mini Luz LED de Clip para retractor
- 46. 1 Contenedor para luces 6 1/4" x 4 1/2 "
- 47. 1 Fuente de luz LED

Fecha de Expiración: N/A

Presentación: UNIDAD

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

**GARANTIA DE 5 AÑOS**  
LA INSTITUCIÓN ESPECIFICARÀ LO QUE REQUIERE

Correo: rvillar@css.gob.pa

Teléfono: cisco-18386

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud