REPÚBLICA DE PANAMÁ

No.: 18644

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución:	Caja de Seguro Social
Unidad Ejecutora:	CIUDAD DE LA SALUD
Nombre del Director o Jefe de la Institución:	DR JORGE NG CHINKEE
Nombre del Jefe del Servicio:	DR JOSE MIGUEL CABADA
Nivel de Atención:	Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos
Clasificación de Nivel de Riesgo:	C - Riesgo Alto moderado. Ventilador pulmonar, implantes ortopedicos
Subcomité:	MÉDICO QUIRÚRGICO
Tipo de Producto:	Instrumental
Nombre Genérico:	BANDEJA PARA CONSULTA EXTERNA DE COLOPROCTOLOGIA

Descripción del Producto:

INSTRUMENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PATOLOGIAS ANORRECTALES EN QUIROFANO Y CONSULTORIO

Especificaciones Técnicas

REPÚBLICA DE PANAMÁ

No.: 18644

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS Y OTROS

1. Pinza de biopsia recta Yeoman de 41.91cm de largo
2. Cureta Bruns Ovalada 0 de 22.9cm de largo
3. Cureta Bruns Ovalada 00 de 22.9cm de largo
4. Cureta Bruns Ovalada 000 de 22.9cm de largo
5. Cureta Bruns Ovalada 0000 de 22.9cm de largo
6. Cureta Bruns Ovalada 00000 de 22.9cm de largo
7. Pinza de biopsia cutánea de 10.2cm de largo (Punches) de 2mm
8. Pinza de biopsia cutánea de 10.2cm de largo (Punches) de 3mm
9. Pinza de biopsia cutánea de 10.2cm de largo (Punches) de 4mm
10. Pinza de biopsia cutánea de 10.2cm de largo (Punches) de Smm
11. Pinza de biopsia cutánea de 10.2cm de largo (Punches) de 6mm
12. Pinza de biopsia cutánea de 10.2cm de largo (Punches) de 7mm
13. Pinza de biopsia cutánea de 10.2cm de largo (Punches) de 8mm
14. Estilete Abotonado con pasador de 2 mm y 15.2cm de largo
15. Estilete Abotonado de 20.3 cm de largo con uno de los extremos plano
16. Sonda acanalada recta de 15.9 cm de largo
17. Sonda acanalada curva de 14.6 cm de largo
18. Sonda acanalada y abotonada de 15.2 cm de largo
19. Estilete Stacke abotonado de 10.2 cm de largo
20. Tijera para corte de puntos Spencer de 11cm de largo
21. Pinza de succión rectal BUIE sin válvula
22. Juego de dilatadores Hegar de 13 piezas
23. Anoscopio re — usable Ives Fansler 8.3cm de longitud
24. Pinza porta algodón de 38.1cm
25. Set de Ligador hemorroidal por tracción McGivney

a. Ligador hemorroidal McGivney de 17.8cm, con cono cargador de liga
b. Forceps hemorroidal 18.4cm
c. Espéculo rectal ives (Fansler) de 8.3cm de longitud
d. Paquete de 100 ligas "0

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTE O INDIVIDUAL Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA Y DEBEN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CRITERIO TÉCNICO DE LA BANDEJA

Fecha de Expiración:	
Presentación:	UNIDAD

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:	DR JOSE LUIS RIOS PEREZ / CUIDAD DE LA SALUD DR ROGER VEGA / CHMDRAAM
Fecha:	9/8/2023
Lugar:	CIUDAD DE LA SALUD
Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:	

Observaciones

REPÚBLICA DE PANAMÁ

No.: 18644

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA

DISPOSITIVOS Y OTROS

1. Garantia mínima de cinco (5) años
2. Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.
3. Traer impreso y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen. 4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
5. Cumplir con las normas internacionales de acero inoxidable quirúrgico

Correo:	jcabada@css.gob.pa
Teléfono:	5138763

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución	Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio	Fecha de Solicitud