

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Instituto Oncologico Nacional
Unidad Ejecutora: Radiologia
Nombre del Director o Jefe de la Institución: Dr. Juan Alcedo
Nombre del Jefe del Servicio: Dr. Hector Tapia
Nivel de Atención: Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos
Clasificación de Nivel de Riesgo: C - Riesgo Alto moderado. Ventilador pulmonar, implantes ortopedicos
Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO
Tipo de Producto: Material
Nombre Genérico: BALÓN PARA DILATACIÓN MULTITETAPA CON ALAMBRE GUIA BILIAR

Descripción del Producto:

Balón multietapa con extremos redondeados de Pebax transparente que facilita la ubicación en anatomías tortuosas.

Especificaciones Técnicas

1. Diámetro del balón desde 6mm hasta 16MM
2. Diámetro del catéter de 7MM
3. Longitud del balón de 30MM
3. Dispositivo para inflado con jeringa de 60ML
4. Estéril
5. De un sólo uso

Fecha de Expiración:

Presentación: Por Unidad

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.
2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Correo:

tapiah18@icloud.com

Teléfono:

66737333

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe
de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud