

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA

No. de ficha de CTNI: 53027

Nombre de la Institución: Instituto Oncologico Nacional

Unidad ejecutora: Servicio de Imagenología

Nombre del Director o Jefe de la Institución: Dr. Juan Carlos Alcedo

Nombre del Jefe del Servicio: Dr. Héctor Tapia

Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO

Actualización: CATETER ANGIOGRAFICO DE PTF O DIAGNOSTICO DE ENTRE 4FR DE 65 A 100CM DE LONGITUD, COMPATIBLE CON GUIA DE 0.35" A 0.38"

Donde dice: CATETER ANGIOGRAFICO DE PTF O DIAGNOSTICO DE ENTRE 4FR DE 65 A 100CM DE LONGITUD, COMPATIBLE CON GUIA DE 0.35" A 0.38"
 Nombre genérico: CATETER ANGIOGRAFICO DE PTF O DIAGNOSTICO DE ENTRE 4FR DE 65 A 100CM DE LONGITUD, COMPATIBLE CON GUIA DE 0.35" a 0.38"
 Descripción: TIPO PIGTAIL DE 100CM DE LARGO DE 0.35" Ó 0.38"; TIPO MULTIPROPOSITO DE 100CM DE LARGO DE 0.35 0.38 1 Y 2 DE 65CM DE LARGO DE 0.38
 80CM DE LARGO; TIPO CURVA RC1 DE 80CM DE LARGO, TIPO CURVA RC2 DE 80CM DE LARGO; TIPO CURVA H1 DE 100CM DE LARGO; TIPO CURVA H2 DE 100CM DE LARGO; TIPO CURVA TEGT DE 100CM DE LARGO, TIPO CURVA SIMONS 1, 2, 3 DE 100CM DE LARGO, TIPO VERT ; TIPO CURVA JB1, JB2, JB3. LA INSTITUCION SOLICITARA EL TAMAÑO QUE NECESITE.

Debe decir: Nombre genérico: CATETER ANGIOGRAFICO DE PTFE O DIAGNOSTICO DE ENTRE 4FR Y 5 FR DE 40 A 125 CM DE LONGITUD, COMPATIBLE CON GUIA DE 0.035" A 0.038"
 Descripción: TIPO PIGTAIL FLUSH DE ENTRE 65 Y 110 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO MULTIPROPOSITO A1 DE ENTRE 65 CM Y 125 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" Y 0.038"
 TIPO COBRA 1 Y 2 DE ENTRE 65 CM Y 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" Y 0.038"
 TIPO CURVA DOBLE RENAL DE 65 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035"
 TIPO CURVA SIMMONS 1, 2, O MODIFICADO DE ENTRE 65CM Y 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038" TIPO HEADHUNTER 1 Y 3 DE ENTRE 100 CM Y 125

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA

CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO NEWTON 1, 2, 3 Y 4 DE 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.038"
 TIPO BENTSON 1 Y 2 DE ENTRE 65 CM Y 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO MANI DE 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO VERTEBRAL DE ENTRE 65 CM Y 125 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO CEREBRAL MODIFICADO DE 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO BERENSTEIN DE ENTRE 65 CM Y 125 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO HOOK 0.8 Y 1.0 DE 65 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035"
 TIPO HOCKEY STICK DE 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035"
 TIPO MOTARJEME DE ENTRE 65 CM Y 100 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035"
 TIPO REUTER DE 80 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO MIKAELSSON DE 80 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.038"
 TIPO KA2 Y KA3 DE 40 CM O 65 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.038"
 TIPO HOOK MODIFICADO DE 80 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035"
 TIPO HOOK MODIFICADO FLUSH DE 65 CM O DE 90 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO SELECTIVO RECTO DE ENTRE 40 Y 110 CM Y CON GUÍA DE 0.035" O 0.038"
 TIPO RIM DE 45 CM O 60 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035"
 TIPO RBI (BIFURCACION ILIACA RENAL) DE 65 CM O 100 CM Y CON GUÍA DE 0.035"
 TIPO CATETER DE ARTERIA UTERINA DE 90 CM DE LONGITUD Y CON GUÍA DE 0.035"

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL MODELO Y TAMAÑO QUE REQUIERA SEGÚN NECESIDAD.

Sustentación:

Es necesario que se agreguen todos los modelos y tamaños para que los especialistas puedan escogerlos según sus necesidades y de esa manera resolver los diferentes casos.

Correo:

tapiah18@hotmail.com

Teléfono:

6673-7333

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud