

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel

Unidad Ejecutora: HOSPITAL DEL NIÑO DR. JOSÉ RENÁN ESQUIVEL

Nombre del Director o Jefe de la Institución: Dr. Paul Gallardo

Nombre del Jefe del Servicio: Dr. Jorge Hernandez

Nivel de Atención: Nivel II: Hospitales Generales, Policlinicas Especializada, Policentro Especializado

Clasificación de Nivel de Riesgo: B - Riesgo bajo moderado. Aguja hipodermicas, equipo de succión.

Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO

Tipo de Producto: Instrumental

Nombre Genérico: Bandeja de Hipospadia Pediátrica

Descripción del Producto:

Para procedimientos quirúrgicos de hipospadias en pacientes pediátricos

Especificaciones Técnicas

De Acero Inoxidable Quirúrgico

Autoclavable

La Bandeja debe contener:

1. Dos (2) Mangos de bisturí # 3, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud
2. Dos (2) Mangos de bisturí # 4, entre 13 cm y 13.5 cm de longitud
3. Dos (2) Tijera Metzenbaum, recta, roma/roma, entre 11 cm y 12 cm de longitud
4. Dos (2) Tijera Metzenbaum, curva, roma/roma, entre 11 cm y 12 cm de longitud
5. Dos (2) Tijera Metzenbaum-fino, curva, delicada, punta roma, entre 14 cm y 15 cm de longitud
6. Dos (2) Tijera Metzenbaum-fino, recta, delicada, punta roma, entre 14 cm y 15 cm de longitud
7. Dos (2) Tijera de Tenotomia Stevens, roma/roma, recta, de 10 cm de longitud
8. Dos (2) Tijera de Tenotomia Stevens, roma/roma, curva, de 10 cm de longitud
9. Dos (2) Tijera de Tenotomia Stevens, roma/roma, recta, de 11 cm de longitud
10. Dos (2) Tijera de Tenotomia Stevens, roma/roma, curva, de 11 cm de longitud
11. Dos (2) Tijera de Tenotomia Wescott, curvada a la derecha, punta roma, hojas de 20mm de largo, de 11.5 cm de longitud
12. Dos (2) Tijera de Tenotomia Reynolds, curva, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud
13. Dos (2) Tijera Iris, recta, de 10 cm de longitud
14. Dos (2) Tijera Iris, curva, de 10 cm de longitud
15. Dos (2) Tijera Iris, recta, entre 11 cm y 11.5 cm de longitud
16. Dos (2) Tijera Iris, curva, entre 11 cm y 11.5 cm de longitud
17. Un (1) Director Ranurado ó Sonda Acanalada tipo Mariposa, con punta, entre 14 cm y 14.5 cm de Longitud
18. Un (1) Dilatador, punta de 2 mm, entre 14 cm y 14.5cm de longitud
19. Dos (2) Retractor Parker-Langenbeck (US Army) o Army Navy, valva de 21 x 15 mm - 40 x 15 mm (+/- 1mm) por un lado, y 25 x 15 mm - 45 x 15 mm (+/- 1 mm) del otro lado, entre 20cm y 21.5 cm de longitud
20. Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios romos, valva de 6 x 19mm-20mm, longitud de 16cm
21. Dos (2) Retractores Farabeuf, en juego, uno de 26 x 10 mm - 30 x 13 mm, y el otro de 30 x 10 mm - 34 x 13 mm, de 12cm de

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

longitud

22. Tres (3) Pinzas Micro Adson, con dientes 1x2, de 12 cm de longitud
 23. Tres (3) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud
 24. Una (1) Pinza Adson Brown con dientes 7x7, de 12 cm de longitud
 25. Dos (3) Pinzas de Disección Standard, sin dientes, de 13 cm de longitud
 26. Una (1) Pinza de Disección Standard, sin dientes, de 14.5 cm de longitud
 27. Una (1) Pinza de Disección Standard, con dientes 1x2, de 14.5 cm de longitud
 28. Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 1.5 mm, de 16 cm de longitud
 29. Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 2.0 mm, de 20 cm de longitud
 30. Una (1) Cánula de succión Poole-Baby, diámetro de 5.5 mm, de 20cm de longitud
 31. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Charr. ó Fr. (2 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.
 32. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7 Charr. ó Fr. (2.3 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.
 33. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8 Charr. ó Fr. (2.6 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.
 34. Una (1) Cánula de Aspiración Andrews-Pynchon ó Yankauer Baby, completo, orificio central de 2.0 mm, de 23cm de longitud
 35. Una (1) Pinza Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 18cm de longitud
 36. Una (1) Pinza Portaesponja Foerster, curva, aserrada, de 18cm de longitud
 37. Seis (6) Pinza Hemostática Halsted-Mosquito Recta 12,5 cm
 38. Seis (6) Pinza Hemostática Halsted-Mosquito Curva 12 cm
 39. Seis (6) Pinzas Micro-mosquito, recta, sin dientes, entre 9.5cm y 10 cm de longitud
 40. Seis (6) Pinzas Micro-mosquito, curva, sin dientes, entre 9.5 cm y 10 cm de longitud
 41. Dos (2) Pinzas Kelly, curvas, de 14cm de longitud
 42. Una (1) Pinza de disección Cushing, 1 x 2 dientes, de 18 cm de longitud
 43. Cuatro (4) Pinzas de campo Backhaus, longitud entre 9 cm y 9.5cm
 44. Dos (2) Pinzas de campo Backhaus, longitud de 13 cm
 45. Cuatro (4) Pinzas Allis Baby, de 4x5 dientes, de 13 cm de longitud
 46. Cuatro (4) Pinzas Allis de 5 x 6 dientes, entre 15.0 y 15.5 cm.
 47. Dos (2) Porta aguja Halsey, mandíbulas Lisas, entre 13 cm y 13. 5 cm de longitud
 48. Un (1) Porta aguja Halsey, mandíbulas aserradas, entre 13 cm y 13. 5 cm de longitud
 49. Un (1) Porta agujas Crile wood, de 15 cm de longitud
 50. Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, boca con estrías, entrecruzadas, con ranura, longitud entre 14 cm y 14.5cm
 51. Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, boca con estrías entrecruzadas, con ranura, longitud entre 16cm y 16.5cm, recto.
 52. Un (1) portaagujas Castroviejo, recto, con seguro, con Inserto de Carburo de Tungsteno, de 14cm de longitud
 53. Un (1) portaagujas Castroviejo, curvo, con seguro, con Inserto de Carburo de Tungsteno, de 14cm de longitud
 54. Una (1) Pinzas de Anastomosis Cooley, atraumática, mandíbulas de 17mm, longitud de 17 cm
 55. Una (1) Pinza Vascular Cooley, Atraumática, Pediátrica, mandíbulas de 18mm, longitud de 14 cm
- LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Fecha de Expiración:

Presentación:

Unidad

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

Lugar:

MINISTERIO DE SALUD

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

Debe cumplir con todos los estándares internacionales de calidad y comercialización (ISO, FDA, etc.),
Debe traer impreso la marca, código, lote.
Garantía no menor de 5 años
Certificado de fábrica de instrumental nuevo.

Correo:

jorge.hernandezj22@gmail.com

Teléfono:

512-9801

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe
de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud