

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Nombre de la Institución: Caja de Seguro Social

Unidad Ejecutora: Ciudad de la Salud, Centro Nacional Especializado de Genética Médica y Genómica.

Nombre del Director o Jefe de la Institución: DR. RICARDO M. SANDOVAL C.

Nombre del Jefe del Servicio: DR. LUIS SOTILLO BENT

Nivel de Atención: Nivel III: Hospitales de Especialidades, Institutos

Clasificación de Nivel de Riesgo: A - Bajo Riesgo. Instrumentos quirurgicos simples, depresor lingual

Subcomité: LABORATORIO

Tipo de Producto: Reactivos

Nombre Genérico: Kit de purificación de ADN genómico, vírico y/o mitocondrial basado en membranas.

Descripción del Producto:

Kit de purificación de ADN genómico, vírico y/o mitocondrial basado en membranas de gel de sílice a partir de sangre total, plasma, suero y otros líquidos corporales. Estos kits están diseñados para muestras de entre 200 µl y 10 ml de sangre total humana fresca o congelada.

Especificaciones Técnicas

- Tipo de Muestras:

Sangre total fresca y congelada, o capa leucoplaquetaria

Plasma o suero

Médula ósea

Linfocitos

Plaquetas

Líquidos corporales

Células cultivadas

Exudados y frotis de células bucales

- No se requiere extracción con fenol/cloroformo.

- El kit contiene: Columnas, Tubos Colectores de 2ml, Proteasa, Buffer AL, Buffer AW1 y AW2, Buffer AE.

- Consumibles incluidos: Rotor Adapters (adaptadores de rotor) y Puntas de Carbono de 1000uL.

Fecha de Expiración: 6 MESES

Presentación:

- Juego x 250 pruebas.
- Juego x 50 pruebas.
- Prueba.

Certificación de Pre-Homologación por el Jefe de Servicio (sólo para equipos médicos)

Nombre de los especialistas e Instituciones participantes:

Fecha:

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ELABORACIÓN - HOMOLOGACIÓN DE FICHA TÉCNICA
DISPOSITIVOS Y OTROS

Lugar:

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio:

Observaciones

- Registro Sanitario de LCRSP: NO
- Este producto no es IVD, SE TRAMITA CON PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACIÓN.
- Temperatura de Almacenamiento: temperatura ambiente (15-25 °C).
- Kit compatible con equipo automatizado instalado en la unidad ejecutora.

Correo: sotillobent@gmail.com

Teléfono: 5138779

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud