

COMITÉ TÉCNICO NACIONAL INTERINSTITUCIONAL



FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA

No. de ficha de CTNI: 102581

Nombre de la Institución: Caja de Seguro Social

Unidad ejecutora: OFTALMOLOGÍA

Nombre del Director o Jefe de la Institución: DR. MARCOS YOUNG

Nombre del Jefe del Servicio: DR. CALROS DÍAZ TUÑON

Subcomité: MÉDICO QUIRÚRGICO

Actualización: EQUIPO DE VITRECTOMÍA POSTERIOR Y FACOEMULSIFICADOR PARA USO EN OFTALMOLOGÍA CON CAPACIDAD PARA INTEGRACION AL LASER

Donde dice: 2.3 Facoemulsificación (0-100%), frecuencia TORSIONAL DE 32.0 ± 2.0 KHZ.
20. Debe tener capacidad para poder integrar a un láser para retina compatible con la Ficha Técnica cuyo CTNI es 101708 correspondiente al Equipo Láser para Fotocoagulación de uso en Oftalmología.
Accesorios
12. Dos piezas de mano de vitrectomía anterior, con capacidad de corte por minuto (CPM) de 0 a 900 o más

Debe decir: 2.3 Facoemulsificación (0-100%)
20. Debe tener capacidad de integrar láser para retina en el equipo.
Accesorios
12. Dos piezas de mano de vitrectomía anterior.

Sustentación: Para permitir mayor competencia, ya que existen otras tecnologías en el mercado actual, que cumplen con los requerimientos de esta ficha técnica.

Correo: cadiaz@css.gob.pa

Teléfono: 503-6381

Nombre Legible y Firma del Director o Jefe de Institución

Nombre Legible y Firma del Jefe de Servicio

Fecha de Solicitud